

**ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ-ΕΚΑ»  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ιωάννινα, 12 Ιουνίου 2013

Αναφορικά με την δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές του διεθνούς διαγωνισμού-συμφωνία πλαίσιο με αριθμό διακήρυξης 1/2013 για την προμήθεια «Εργαλείων χειρουργείου», έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Στο είδος της διακήρυξης με κωδικό Α/Α 15 (α & β) με περιγραφή «Εργαλεία συρραφής δέρματος απλά και περιστρεφόμενα με 35 και 50 κλιπς», να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να υπάρχει δείκτης εναπομείναντων κλιπ.
2. Να υπάρχει σύστημα αποτροπής μπλοκαρίσματος των κλιπ.

Με εκτίμηση,

**BI O G E N E S Y S**  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45500  
ΑΦΜ: 099805252 Β' ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΕΛ: 099805252

Γεωργούλη Ελευθερία