



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.Φυλής 8^η στάση και Σπ. Θεολόγου 1
Ίλιον 13122
Πληροφορίες: Αθ. Μπόλλη
Τηλ. 213.20.15276, φαξ 213.20.15348
ekaprom1@eka-hosp.gr

ΙΛΙΟΝ 12-06-2015
Αριθ.Πρωτ.:2684

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί της αρ. 4/2015 διακήρυξης του ΕΚΑ για την Προμήθεια και Συντήρηση – Επισκευή με ανταλλακτικά Συστήματος Ψηφιακής Ακτινογραφίας (CR).

Διευκρινίζεται όσον αφορά τη διακήρυξη 4/2015 του ΕΚΑ για την Προμήθεια και Συντήρηση – Επισκευή με ανταλλακτικά Συστήματος Ψηφιακής Ακτινογραφίας (CR), άρθρο 2.Α. Γ) 2. : Το σύστημα εκτύπωσης πρέπει να έχει δύο τροφοδότες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ρητά όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΚΑ

Αντώνιος Αγγελάρας