

**ΕΙΔΟΣ : ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ**

**CPV : 33141610-9**

**ΣΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ**

**1. ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΜ. 10.000**

Οι σάκοι αναρρόφησης να είναι προοριζόμενοι για τη συλλογή σηπτικών εκκρίσεων και υγρών από την αναρρόφηση των ασθενών ( πύον , αίμα κλπ ) είτε κατά την περιποίηση της τραχείας , τραυμάτων κλπ , στην Μ.Ε.Θ. και στο χειρουργείο .

Οι σάκοι αυτοί μετά τη χρήση να συγκεντρώνονται και στη συνέχεια να καταστρέφονται με το σηπτικό τους περιεχόμενο .

**Οι σάκοι αυτοί πρέπει :**

1. Να είναι από άθραυστο πλαστικό χωρίς ραφές στην κατασκευή τους , να κλείνουν και να σφραγίζουν ερμητικά μετά την χρήση τους . Πρέπει δε σε κάθε καταπόνηση να μένουν ανέπαφοι .
2. Να είναι μιας χρήσεως ( να πετάγονται σφραγισμένοι μετά τη χρήση ) και να είναι πλήρεις , με βαλβίδα μη επαναρρόφησης και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνδετικά .
3. Να τοποθετούνται οι σάκοι αυτοί σε κάνιστρα από διαφανές σκληρό πλαστικό με ποσοτικές ενδείξεις , τα οποία θα παραμένουν μόνιμα στερεωμένα είτε στο τοίχο είτε σε φορητές αναρροφήσεις . Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει τον εφοδιασμό και την εγκατάσταση στο Νοσοκομείο των πλαστικών κανίστρων με δική της δαπάνη .
4. Η κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει αρκετό αριθμό δειγμάτων ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες .
5. Η χωρητικότητά τους να είναι δύο ( 2 ) λίτρα **9.600 ΤΕΜ.**
6. Η χωρητικότητα τους να είναι τρία ( 3 ) λίτρα **400 ΤΕΜ.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι στη **ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** τους να αναφέρουν ότι θα προμηθεύουν **ΔΩΡΕΑΝ τα κάνιστρα και θα εγκαταστήσουν οι ίδιοι όπου τους υποδειχθεί , με δική τους δαπάνη – προσωπικό εφ ' όσον , όταν και όσα** χρειάζονται στις Κλινικές του Νοσοκομείου .

**2 . ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 150**

ανοικτοί με φίλτρο και κολλητικό προσαρμόζεται μέχρι 60 – 80 χιλ. , με αντιδρωτικό κάλυμμα , να είναι μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά .

**3. ΣΑΚΟΙ & ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεμ. 150 έκαστο**

ανοικτοί , με αντιδρωτικό κάλυμμα και κλείστρο κατά προτίμηση ενσωματωμένο . Με σύστημα κουμπώματος στη βάση με άριστη ασφάλεια και χωρίς πίεση , να προσαρμόζονται με τις ανάλογες βάσεις ( διαμ. περίπου 40,60,70,100 mm ) , να είναι ευκολόχρηστοι , μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά μεταξύ των . Θα υπολογιστεί η τιμή set

**4. ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 7.600**

Σάκοι κολοστομίας , αυτοκόλλητοι , κλειστοί , διαφανείς - αδιαφανείς με φίλτρο εξόδου αερίων , αντιδρωτικό κάλυμμα και δυνατότητα προσαρμογής στομίου 60 έως 80 χιλ. Η κολλητική τους επιφάνεια να παρέχει ασφάλεια και προστασία στο δέρμα ( να μη προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις ) και να εφαρμόζονται στεγανά .

**5. ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΕΜ. 200**

με κολλητικό που παρέχει ασφάλεια και προστασία στο δέρμα ( αποφυγή δερματικών αντιδράσεων ) . Με προστασία αντεπιστροφής των ούρων και βαλβίδα κένωσης κατάλληλη για σύνδεση με ουροσυλλέκτη και δυνατότητα προσαρμογής στομίου έως 55 – 70 χιλ.

**6 . ΣΑΚΟΙ & ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ. 200** έκαστο με προστασία αντεπιστροφής των ούρων , βαλβίδα κένωσης και σύνδεση με ουροσυλλέκτη και δυνατότητα κουμπώματος στη βάση με ην ελάχιστη δυνατή πίεση και την μέγιστη ασφάλεια ( διαμ. περίπου 40,60 mm ) να είναι ευκολόχρηστοι , μη αλλεργικοί και να εφαρμόζουν στεγανά τα δύο τεμάχια μεταξύ των .

**7. ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΡΑΥΑ ΤΕΜ. 2.200**

**α.** Αλοιφή με υδροστατικό υλικό για τη στεγανοποίηση ατελειών του δέρματος σε σωληνάριο . **ΤΕΜ. 200**

**β.** Αλοιφή με μορφή πλαστελίνης . **ΤΕΜ. 2000**

**8. ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΜ. 1.500**

1. Να είναι κατασκευασμένοι από ethylene vinyl acetate και να είναι κατάλληλοι για χορήγηση λιπιδίων .

2. Να έχουν είσοδο για ρύγχος με υδροφοβικό αντιμικροβιακό φίλτρο ( με ή χωρίς ξεχωριστό αεραγωγό ) .

3. Να έχουν αποστειρωμένη βαλβίδα εξόδου με καπάκι που προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς .

1. Να είναι διάφανοι για εύκολο οπτικό έλεγχο του περιεχομένου

2. Να διασφαλίζουν τη μέγιστη σταθερότητα ευαίσθητων συστατικών , όπως τα αμινοξέα και οι βιταμίνες .

3. Να επιτρέπουν τον εύκολο και ασφαλή χειρισμό του περιεχομένου . Να φέρουν ειδικό μόνιμο σφιγκτήρα που δεν ανοίγει ξανά μετά το κλείσιμο του στην είσοδο πλήρωσης , καθώς και προστατευτικό καπάκι που κλείνει ερμητικά για υγρά και αέρια .

7.. Να είναι περιεκτικότητας 500 – 3.000 ml .