

**ΕΙΔΟΣ : ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ**

- ΤΥΠΟΣ 1** Διπλοί Ασκοί Αίματος απλοί CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και ένα δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300 ml για πλάσμα.
- ΤΥΠΟΣ 4** Τριπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και δύο δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον 300 και 300 ml έκαστος για αιμοπετάλια 5 ημερών και πλάσμα.
- ΤΥΠΟΣ 10** Κλειστό σύστημα Τετραπλών Ασκών Αίματος CPD ή CP2D 450 ml με ενσωματωμένο φίλτρο άριστης ποιότητας και ταχείας λευκαφαίρεσης του ολικού αίματος προ της αποθήκευσης. Το φίλτρο να είναι συνδεδεμένο μεταξύ του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> ασκού του συστήματος. Ο 2<sup>ος</sup> ασκός του συστήματος να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 450 ml και οι άλλοι δύο δορυφορικοί ασκοί τουλάχιστον 300 ml έκαστος εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει 100 ml προσθετικό διάλυμα συντήρησης ερυθρών τουλάχιστον 42 ημερών. Το όλο σύστημα τονίζεται να είναι κλειστό και να χρησιμοποιείται για παραγωγή λευκαφαιρεμένων ερυθρών και πλάσματος άριστης ποιότητας.

Οι προτεινόμενες ετήσιες ποσότητες ανά τύπο για το Π.Π.Υ.Υ. 2011 είναι οι εξής :

ΤΥΠΟΣ 1	ΤΕΜ. 6.500
ΤΥΠΟΣ 4	ΤΕΜ. 1.700
ΤΥΠΟΣ 10	ΤΕΜ. 2.000