



**ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.**

Αυγής 60, Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά, Αθήνα

Τηλ. : 210.6203000 – Fax : 210.6201332 & 3

Α.Φ.Μ.: 094133588 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

site : [www.gcp.gr](http://www.gcp.gr) e-mail : [info@gcp.gr](mailto:info@gcp.gr)

Προς:

Αθήνα, 22/12/2015

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ. Α. Τ.**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ από την Γενική Χημικών Προϊόντων για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014- 33141700-7.**

**Σχετ: Έγγραφο του Νοσοκομείου σας υπ' αρ. πρωτ. 14560/26-11-2015.**

**ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 249, 250 & 251 (ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΡΥ ΜΙΚΡΟ/ΜΕΣΑΙΟ/ΜΕΓΑΛΟ):**

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  
(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)

Α. Σετ επιδέσμων γάζας **επιτάχυνσης επούλωσης** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με **ολιγοσακχαρίτη** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις S,M,L,XL.

Β. Σέτ σπόγγου **επιτάχυνσης επούλωσης** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας με **ολιγοσακχαρίτη** για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.

Γ. Σετ επιδέσμων γάζας **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με **αργυρούχο σουλφαδιαζίνη**, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις S,M,L,XL.

Δ. Σέτ σπόγγου **αντιβακτηριδιακό** με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με **αργυρούχο σουλφαδιαζίνη**, υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου S=10x8x3 cm, INT= 10x15x3 cm, M= 13x18x3 cm, L= 15x25x3 cm, XL= 2 τεμ. χ 30x25x3 cm.

Ε. Σέτ σπόγγου **ABDOMINAL** ανοικτών κοιλιακών τραυμάτων με:

- σπόγγο πολυουρεθάνης **30x40x1,5 cm**
- 2 διαφανή αυτοκόλλητα φιλμ 30x40 cm
- **2 δίσκους παροχέτευσης** των εκκρίσεων
- ειδική μεμβράνη κατάλληλη για εφαρμογή πάνω σε ζωτικά όργανα **84x65 cm**

ΣΤ. Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων τουλάχιστον **1000 ml** με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής\*.

Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των ανωτέρω συμβατών αναλώσιμων σετ.

Επίσης η αντλία να είναι φορητή και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- συνεχή και διαλειπόμενη λειτουργία αρνητικής πίεσης
- προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ 20-200mmHg
- προσαρμογή διαλείπουσας λειτουργίας σε διάστημα 0,5-10 min
- δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών
- ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού
- ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού
- δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών)
- οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

\*Σημείωση: Για τη λειτουργία του συστήματος επούλωσης τραυμάτων με τη μέθοδο αρνητικής πίεσης είναι απαραίτητη η χρήση σετ δοχείου για την συλλογή των εκκρίσεων. Συνεπώς θα πρέπει να προστεθεί ως αιτούμενο είδος με αντίστοιχη ποσότητα.