

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΛ. Φυλής 8^η στάση & Σπ. Θεολόγου 1
ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122
Πληροφορίες: Τσουκαλά Χριστίνα
Τηλ. 213 2015353, FAX:213 2015348
ekaprom1@eka-hosp.grΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01/2018**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ****Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού****Πίστωση 13.500,00 € με ΦΠΑ**

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) καθώς και την υπ' αριθ. απόφαση ΔΣ 26/19-12-2017, θέμα 6^ο, **προκηρύσσει** συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου.

ΑΡΘΡΟ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ)
Είδος διαγωνισμού	Συνοπτικός
Κριτήριο κατακύρωσης	Στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Χαμηλότερη τιμή)
Προϋπολογισμός	13.500,00 € με ΦΠΑ
Διάρκεια σύμβασης	12 μήνες
Κατάθεση προσφορών έως	Τετάρτη, 17-01-2018 ώρα 11:00 , στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Ημερομηνία διενέργειας	Τετάρτη, 17-01-2018 ώρα 12:00
Τόπος διενέργειας	Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Ισχύς προσφορών	120 ημερολογιακές ημέρες
Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο	

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΜ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
1Α	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Φιαλίδια συνθετικά γενικής αίματος με EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου (να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης), με ένδειξη πλήρωσης, αποστειρωμένα, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75 mm για όγκο αίματος 2 ml. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, εύκολης διάτρησης και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο .	TEM	3.800
1Β	Φιαλίδια συνθετικά γενικής αίματος με EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα του φιαλιδίου (να αναγράφεται στην ετικέτα η συγκέντρωση του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης), αποστειρωμένα, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75 mm για όγκο αίματος 1 ml, με ένδειξη πλήρωσης. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, εύκολης διάτρησης και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο .	TEM.	700
2	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φιαλίδια για έλεγχο πήκτικότητας που να περιέχουν SODIUM CITRATE 3,2%, αποστειρωμένα, κενού αέρος, διαστάσεων 13X75 mm για όγκο αίματος 2ml περίπου, με ένδειξη πλήρωσης. Να είναι πωματισμένα με ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής, εύκολης διάτρησης και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πλήρωσεως (PP-PEP).	TEM.	2.000
3Α	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ 7-10ML ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό, με κενό αέρος, αποστειρωμένα, ολικού όγκου 7-10 ml, με επιταχυντή πήξης. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του περιεχομένου του όγκου που αναρροφούν και ημερομηνία λήξης .	TEM.	3.000
3Β	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό, με κενό αέρος, αποστειρωμένα, διαστάσεων 13X75 mm, περιέχοντα επιταχυντή πήξης. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του περιεχομένου του όγκου που αναρροφούν και ημερομηνία λήξης .	TEM	500
3Γ	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ GEL. Φιαλίδια χωρίς αντιπηκτικό, με κενό αέρος, διαστάσεων 13x100mm, με ένδειξη πλήρωσης, αποστειρωμένα, με επιταχυντή πήξης και gel για διαχωρισμό του ορού. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και	TEM	1000

	ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με αναγραφή ημερομηνίας λήξης και με ένδειξη του περιεχομένου του όγκου που αναρροφούν. Να έχει το gel τη μορφή όνυχα, ώστε να διευκολύνεται η υδροδυναμική κίνηση του gel.		
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ Τ.Κ.Ε. Σε συνδυασμό με το είδος Νο 22. Φιαλίδια για ΤΚΕ (με την μέθοδο Westergren) που να περιέχουν SODIUM CITRATE, αποστειρωμένα, κενού αέρος, για όγκο αίματος 1,5ml περίπου, και διαστάσεων 13X75 mm. Να είναι πωματισμένα με εύχρηστο ενισχυμένο πιεστικό ελαστικό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και ασφαλούς εκπωματισμού που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο. Να φέρουν ετικέτα με ένδειξη του περιεχομένου του όγκου που αναρροφούν και ημερομηνία λήξης .	TEM	1.500
5	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10-12 ML, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ	TEM.	3.000
6	Α) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΥΠΟΥ RIA 75X12MM Β) ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ RIA ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 75X12MM	TEM	4.000
7	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΩΝ 2 ML ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΗΚΕΣ (ΕΙΔΟΣ 15).	TEM	400
8	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ 75X12 MM ΤΩΝ 5ML	TEM.	3.500
9	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ Ή ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 5-7ML	TEM	2.000
10	1) Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεων σωληναρίων κενού, 21G με υποδοχείς σωληναρίων κενού. Να φέρουν ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα πλαστικό για την ασφαλή απόρριψή τους, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να είναι λειτουργικές κατά τη φλεβοκέντηση. Το προστατευτικό κάλυμμα θα πρέπει να ασφαρίζει μη αναστρέψιμα τη βελόνα με εύκολο, εμφανή και αποδοτικό τρόπο. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτόχρονα με την έξοδο από την φλέβα. Θα είναι προτιμητέο να υπάρχει ένδειξη φλεβοκέντησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση η κατάθεση δειγμάτων. Θα προτιμηθεί το σύστημα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και μεγαλύτερη ευχρηστία. 2) Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεων σωληναρίων κενού, 21G. Να προσαρμόζονται σε υποδοχείς σωληναρίων κενού, πλαστικούς με προεξέχοντα δακτύλιο πάνω στον οποίο στερεώνεται η βελόνα αιμοληψίας, με μηχανισμό απόρριψης της βελόνας. Να δοθούν και 40 υποδοχείς δωρεάν με δυνατότητα πολλαπλής χρήσης για προσαρμογή σωληναρίων κενού, πλαστικοί με προεξέχοντα δακτύλιο πάνω στον οποίο στερεώνεται η βελόνη, με μηχανισμό απόρριψης της βελόνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση η κατάθεση δειγμάτων. Θα προτιμηθεί το σύστημα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και μεγαλύτερη ευχρηστία.	TEM TEM	2.000 1.000

11	Α)Πεταλούδες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού 21G ή 23G με σωληνίσκο προέκτασης περίπου 20. Να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα για τη διάτρηση των σωληναρίων κενού, καθώς και υποδοχέα. Να φέρουν επίσης αυτόματο μηχανισμό εύκολης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας και ταυτόχρονη ασφάλισή της για την ασφαλή απόρριψη. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι με τρόπο προφανή και γρήγορο.	TEM	1.000
	Β)Πεταλούδες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού 21G με σωληνίσκο προέκτασης περίπου 20. Να φέρουν ενσωματωμένο ή μη υποδοχέα αιμοληψίας (για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο) και με κάλυμμα ασφάλισης της βελόνας. Θα προτιμηθεί το σύστημα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και μεγαλύτερη ευχρηστία.	TEM	100
	Γ) Υποδοχείς που δύνανται να ενσωματωθούν στις πεταλούδες αιμοληψίας για λήψη αίματος σε φιάλες αιμοκαλλιιεργειών .	TEM	100
12	Θήκες για κρυοσωληνάρια (cryovials) των 2 ml, χάρτινες των 100 θέσεων	TEM	5
13	Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας – ευκρίνειας, 22 x 22mm	TEM	5.000
14	Κρίκοι πλαστικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης σταθεράς διαμέτρου 10 μl	TEM	4.000
15	Κρίκοι πλαστικοί αποστειρωμένοι μιας χρήσης σταθεράς διαμέτρου 1 μl	TEM	8.000
16	Παραφίλμ 5 cm και διάμετρο ρολού 4-6 cm	TEM	3
17	Πιπετάκια πλαστικά Pasteur μιας χρήσεως των 2 ml με διαβάθμιση	TEM	6.000
18	Πιπέττες πλαστικές ΤΚΕ μιας χρήσης, πληρούμενες αυτόματα με έμβολο ή άλλο τρόπο σε συνδυασμό με το είδος Νο 5.	TEM	1.500
19	Πλάκες αντικειμενοφόρες με εσφυρισμένα άκρα, τροχισμένες με λευκό περιθώριο, προπλυμένες	TEM	2.000
20	Πλάκες αντικειμενοφόρες τροχισμένες	TEM	4.000
21	Πλαστελίνη για μικροαιματοκρίτες	ΣΥΣΚ. Κ.	1
22	Ρύγχη για πιπέτα μεταβλητού όγκου 100-1000μl	TEM	8.000
23	Ρύγχη για πιπέτα ΒΙΟΗΙΤ μεταβλητού όγκου 10-100μl	TEM	3.000
24	Στυλεοί ξύλινοι βαμβακοφόροι απλοί	TEM	10.000
25	Τρυβλία πλαστικά ολόκληρα διαμέτρου 90x 90mm	TEM	6.000
26	Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες μη ηπαρινισμένα Να προσφερθούν οπωσδήποτε δείγματα για έλεγχο ευθραυστότητας κατά τη φυγοκέντρηση.	TEM	3.000
27	Φάκελοι- σακκουλάκια ασφαλούς μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων (με διπλή θήκη) στο εργαστήριο	TEM	2.000

28	Δοχεία συλλογής ούρων 24ώρου 3 lit με άνοιγμα μεγάλης διαμέτρου, με διαβαθμίσεις ανά 100 ml.	TEM	40
29	Τρυβλία πλαστικά τετράγωνα 120x 120mm	TEM	800

2) ΜΙΚΡΟΕΙΔΗ – ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1	Φιάλες ζέσεως rygex για αποστείρωση θρεπτικών υλικών των 1000 ml, σφαιρικές με επίπεδο πυθμένα με υψηλό λαιμό (ύψους όχι μεγαλύτερου των 16 cm).	TEM	2
3	Λύχνος απλός bunsen	TEM	1
4	Θερμόμετρο για ψυγεία με ψηφιακή ένδειξη και εύρος από +30 έως-30 C	TEM	1
5	Φιάλες στρογγυλές ζέσεως με επίπεδο πυθμένα με υψηλό λαιμό, (ύψος λαιμού κατά προτίμηση 9-10cm) και ευρύστομες (διάμετρο λαιμού κατά προτίμηση 5~6cm) 1lt.	TEM	2
6	Στατώ πλαστικά 30 θέσεων για σωληνάρια κωνικά, διάμετρος θέσεως 1,8-2 cm	TEM	1
7	Στατώ 30 θέσεων κατάλληλα για στήριξη φιαλιδίων κενού γενικής αίματος	TEM	1
8	Στατώ εύκολα καθαριζόμενο για στέγνωμα αντικειμενοφόρων πλακιδίων	TEM	1
9	Θολοσίμετρο Mc Farland για μέτρηση θολερότητας μικροβιακών εναιωρημάτων	TEM	1

3) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M/M	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΕΣ
1	SI Σύστημα ανίχνευσης με ανοσοχρωματογραφία τοξίνης τοξίνης A και B Clostridium difficile σε δείγμα κοπράνων μακρά ημερομηνία λήξης, (με δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης και των 2 τοξινών ανά test)	ΤΕΣΤ	50
2	Αντιδραστήρα για ανίχνευση Hb σε κόπρανα με ανοσοχρωματογραφία (με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 έτη)	ΤΕΣΤ	40
3	Ταχεία μέθοδος ανίχνευσης κοαγκουλάσης S. aureus με latex tests 100	ΤΕΣΤ	100
4	Αντιδραστήρια για έλεγχο παραγωγής οξειδάσης (σε στυλεό, πλακίδιο ή σταγόνες) [tests 1.000]	ΤΕΣΤ	1.000
5	Φάκελοι για επώαση σε αναερόβιες συνθήκες πλαστικά σακουλάκια για 5 τρυβλία με συνοδά αντιδραστήρια και σύστημα κλεισίματος για επώαση σε αναερόβιες συνθήκες με ενσωματωμένο δείκτη ελέγχου αναερόβιων	Τεμ.	140

	συνθηκών		
6	Φάκελοι για επώαση σε μικροαερόφιλες συνθήκες	Τεμ.	30
7	Φιάλες αιμοκαλλιιεργειών με ουσίες αδρανοποιητικές ή δεσμευτικές αντιβιοτικών για απομόνωση αεροβίων μικροβίων, πλαστικές άθραυστες με χρωματομετρικό δείκτη για οπτική αξιολόγηση.	Τεμ.	100
8	Φιάλες αιμοκαλλιιεργειών με ουσίες αδρανοποιητικές ή δεσμευτικές αντιβιοτικών για απομόνωση αναεροβίων μικροβίων, πλαστικές άθραυστες με χρωματομετρικό δείκτη για οπτική αξιολόγηση.	Τεμ.	100
9	Χρωστικές για Gram – χρώση σε kit (500 ml για κάθε διάλυμα crystal violet, lugol, αποχρωματιστικό διάλυμα, σαφρανίνη)	Kit	2
10	Χρωστική May-Grunwald 1,5 lit Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατακύρωση, η προσκόμιση μικρής ποσότητας δειγμάτων προς δοκιμασία και έλεγχο καταλληλότητας των χρωστικών.	Lit	1,5 lit
11	Χρωστική Giemsa 2,5 lit Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατακύρωση, η προσκόμιση μικρής ποσότητας δειγμάτων προς δοκιμασία και έλεγχο καταλληλότητας των χρωστικών.	Lit	2,5 lit
12	Λάδι για μικροσκόπηση	ml	500
13	Διάλυμα χρωστικής (gresyl bleu) για μέτρηση ΔΕΚ δικτυοερυθροκυττάρων μικροσκόπιο	στοιχ. ml	100
14	9 MIC-strips meropenem [tests 20]	Τεμ.	20
15	Παραφινέλαιο 1λιτ.	Τεμ.	1

4) ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ**

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει του αριθμού των τρυβλίων που παρασκευάζονται από 1 λίτρο διαλυμένης σκόνης και υπολογισμού της τιμής ανά τρυβλίο. Να αναγραφεί πόσα τρυβλία παρασκευάζονται μετά την ανασύσταση των 500 gr σκόνης.

A/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘ. ΣΥΣΚ
16	Blood Agar Base [σε συσκ. 500gr]	1
17	MacConkey Agar No 2 [σε συσκ. 500gr]	6
18	Mannitol Salt agar (με μακρύτερη το δυνατόν ημερομηνία λήξης περίπου 3 έτη) [σε συσκ. 500gr]	1
19	Mueller Hinton Agar [σε συσκ. 500gr] Με ρυθμισμένη περιεκτικότητα σε Ca ⁺⁺ , Mg ⁺⁺ και χαμηλή συγκέντρωση θυμιδίνης και θυμίνης (σύμφωνα με τα CLSI STDς) για ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα ευαισθησίας.	10
20	Brain Heart Infusion Agar [σε συσκ. 500gr]	6
21	Mac Conkey Agar No3 με Crystal Violet [σε συσκ. 500gr]	3

ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΡΙΘ.
-----	------------------	-------

		ΤΕΜ.
22	ΡΕΑ phenylethyl alcohol sheep blood agar για αναερόβια μικρόβια (αναστολή ερπυσμού Proteus spp) σε συσκ. ανά ένα τρυβλίο	50
23	Campylobacter agar εκλεκτικό υλικό σε τρυβλία (συσκ. ανά 1)	30
24	Έτοιμο θρεπτικό υλικό για απομόνωση C. difficile σε τρυβλία (συσκ. ανά 1)	30
25	Φιαλίδια με έτοιμο ζωμό σεληνίτη	20
26	Χρωμογόνα για MRSA (συσκ ανά 1-5 τρυβλία)	30
27	Χρωμογόνα υλικά σε τρυβλία για VRE (συσκ ανά 1-5)	40

5) ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 90Χ90 ΜΜ ΚΑΙ 1 ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ 16 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ 120Χ120 ΜΜ.

Α/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 250 ΔΙΣΚΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΣΚΩΝ
1	Amikacin 30 µg	6	1.500
2	Amoxicillin/clavulanic acid 20/10 µg	9	2.250
3	Ampicillin/sulbactam 10/10 µg	2	500
4	Ampicillin 10 µg	2	500
5	Aztreonam 30 µg	7	1.750
6	Cefalothin 30 µg	2	500
7	Cefepime 30 µg	3	750
8	Cefixime 5µg	3	750
9	Cefotaxime 30µg	8	2.000
10	Cefoxitin 30 µg	3	750
11	Ceftazidime 30 µg	3	750
12	Cefuroxime 30µg	8	2.000
13	Chloramphenicol 30 µg	1	250
14	Ciprofloxacin 5 µg	10	2.500
15	Clindamycin 2 µg	1	250
16	Fucidic acid 10 µg	1	250
17	Clarithromycin 15µg	1	250
18	Colistin 10 µg	5	1.250
19	Ertapenem 10µg	10	2.500
20	Fosfomycin 200µg	3	750
21	Gentamicin 10 µg	8	2.000
22	Gentamicin 120µg	1	250
23	Imipenem 10 µg	9	2.250

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24	Linezolid 30 µg	2	500
25	Levofloxacin 5 µg	2	500
26	Mecillinam 10 µg	2	500
27	Meropenem 10µg	11	2.750
28	Moxifloxacin 30µg	1	250
29	Metronidazole	1	250
30	Minocycline 30 µg	1	250
31	Nitrofurantoin 300 µg	8	2.000
32	Novobiocin 5 µg	1	250
33	Quinopristin/Dalfopristin 15µg	2	500
34	Piperacillin/Tazobactam 100µg / 10µg	10	2.500
35	Rifampicin 5 µg	1	250
36	Teicoplanin 30µg	2	500
37	Tetracycline 30 µg	1	250
38	Tobramycin 10 µg	1	250
39	Trimethoprim / sulfamethoxazole 1,25/23,75 µg	8	2.000
40	Tigecycline 15µg	1	250
41	Vancomycin 30 µg	2	500
42	Ceftazidime 30µg/Avibactam 20µg	1	250
43	Ceftaroline 30µg	1	250
44	Penicillin G 10 U	1	250

Κάθε συσκευασία των 50 δίσκων να διαθέτει δικό της αφυγραντικό. Η ημερομηνία λήξης των δίσκων να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερη (το λιγότερο 2 έτη). Τα προσφερόμενα δισκία να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI όπως ζητούνται, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες EUCAST αν απαιτηθεί. Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN (διάμετρος δισκίων 6,35mm, ομοιόμορφη κατανομή αντιβιοτικού, συγκέντρωση αντιβιοτικού 90%-125% της δηλωμένης, διεθνής κωδικοποίηση). Να έχουν σήμανση IVD CE Mark.

Απαραίτητη προϋπόθεση προ της κατακύρωσης η προσκόμιση δίσκων όσων κατηγοριών αντιβιοτικών ζητηθούν για έλεγχο δοκιμασιών και αξιολόγηση. Επίσης η προσκόμιση των διανεμητών για έλεγχο λειτουργικότητας.

Διαγνωστικοί δίσκοι

A/α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ	ΑΡΙΘ. ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ	50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΣΚΩΝ
1	Optochin	1	50

2	Bacitracin 10 IU	1	50
3	Bacitracin 0,04 units	1	50
4	Cefotaxime 30μg/Clavulanate 10 μg	1	50

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι **Δώδεκα (12) μήνες**.

Δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μετά από ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας με την 1^η ΥΠΕ ή άλλου ανώτερου κρατικού φορέα

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25, του Νόμου 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9.

Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

- Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
- Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:

- **2 υπεύθυνες δηλώσεις** του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη διακήρυξη υποδείγματα
- **1 υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο **ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο **ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**.

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη

- Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει **Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης**, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη **χαμηλότερη τιμή**, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.

Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία των οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους, ή τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή τους ανά μήνα ή όπως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200.

Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί **ΜΟΝΟ** μετά την παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί **ΜΟΝΟ** στη Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία, (Ν.4412/16).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συνημμένα:

- 1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
- 2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,
- 3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αν. Διοικητής
Μπαντής Αθανάσιος

1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

**Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ**

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Όνομα & επώνυμο πατέρα :
Όνομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).

γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.).

δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι

ζ. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)

Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Όνομα & επώνυμο πατέρα :
Όνομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:

Ταχυδρομική διεύθυνση	
Φαξ	
E-mail	

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: ΕΚΑ, για το διαγωνισμό
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ**

α/α	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ	Σύνολο προ ΦΠΑ
1					
2					
				ΦΠΑ	
				Σύνολο με ΦΠΑ	

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας)