



ΑΡΩΣΙΣ Α.Ε.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ**

Αθήνα, 06/07/2018

Αρ. Πρωτ.433/2018

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και κατόπιν ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας με ημερομηνία **02/07/2018** περί Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια: «**ΔΕΚΑ ΑΝΤΑΙΩΝ – ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘ Α ΚΑΙ Β.**», σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Τονίζουμε ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν συγκεκριμένο είδος, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεση σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

Για την Α. Ε.,

Με εκτίμηση

ΑΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πάρνηθος 44 Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ. 144 52
Τηλ.: 210 2841006 - Fax: 210 2826045
ΑΦΜ.: 082899400
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53218707ΑΓ/Β/02/423 ΑΡ. ΦΑΚ.: 100228

Α.Μ.Π. 124

Αριστείδης Τονικίδης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

Παρατηρήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α/Α 17. «Το σύστημα να διαθέτει ιμάντα γρήγορης απασφάλισης CPR πάνω στο αερόστρωμα, σε εμφανές σημείο, για την άμεση απελευθέρωση του αέρα σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.»

Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «ιμάντα» από την λέξη «μηχανισμός» αφού η υλοποίηση του μηχανισμού απελευθέρωσης της βαλβίδας CPR κάθε κατασκευαστή μπορεί διαφέρει.

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης CPR πάνω στο αερόστρωμα, σε εμφανές σημείο, για την άμεση απελευθέρωση του αέρα σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.»

Επιπλέον, προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής που ακολουθεί:

«Να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης οποιουδήποτε εκ των μεμονωμένων αεροθαλάμων από το πνευματικό δίκτυο καθ' όλο το μήκος του στρώματος ώστε να μην ασκείτε καθόλου πίεση, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου εναλλαγής σε σημεία του σώματος με ήδη ανεπτυγμένες κατακλίσεις.»