

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2
145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

Αρ. πρωτ. SA227/18

Θέμα: Παρατηρήσεις στην από 27/4/2018 Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία»

Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, ευχαρίστως σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας προτίθεται να προσφέρει προϊόντα του πρωτοπόρου οίκου Villa που διαθέτει πλήρη και εξειδικευμένη σειρά συστημάτων ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας και προς τούτο σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας,

Στην παράγραφο Β Κεντρική απεικονιστική μονάδα ορθοπαντογράφου, B.1. Γεννήτρια – Χειριστήριο ζητείται B.1.2 Να αποδίδει τάση εύρους τουλάχιστον 60-80 KV στην άνοδο της λυχνίας με ένταση 3-15 mA.

Το συγκεκριμένος εύρος mA (3-15 mA) θεωρείται υπερβολικό καθώς και φωτογραφικό περιορίζοντας τον ανταγωνισμό καθώς θέτει την εταιρεία μας, και όχι μόνον, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Όσον αφορά τη μέγιστη τιμή του ρεύματος, τα περισσότερα συστήματα στην αγορά διαθέτουν μέγιστη τιμή 10 mA. Ένταση μέχρι 10 mA θεωρείται για όλες τις εφαρμογές επαρκής και δεν θέτει σε κίνδυνο τους ευαίσθητους ανιχνευτές των σύγχρονων συστημάτων.

Για αυτό το λόγο αλλά και για τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό προτείνεται η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:

‘Να αποδίδει τάση εύρους τουλάχιστον 60 – 80 KV στην άνοδο της λυχνίας με ένταση 6-10 mA’.

Στην παράγραφο Β Κεντρική απεικονιστική μονάδα ορθοπαντογράφου, B.3. Βραχίονας ζητείται B.3.2 Να πραγματοποιεί μεγέθυνση στην πανοραμική λήψη 1.2X

Η συγκεκριμένη τιμή μεγέθυνσης θέτει την εταιρεία μας εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και άλλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν μεγέθυνση καλύτερη από 1.2X. Για τη δυνατότητα συμμετοχής των εταιρειών στον συγκεκριμένο διαγωνισμό με συστήματα που διαθέτουν ανώτερα χαρακτηριστικά προτείνεται η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:

‘Να πραγματοποιεί μεγέθυνση στην πανοραμική λήψη τουλάχιστον 1.2X ‘

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

HEALTHCARE TECHNOLOGIES

est. 1914

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ως άνω παρατηρήσεις μας, για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντας καθώς και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Σ. Θαλασσινού
Ακτινοφυσικός

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΙΜΑ: ΑΘΗΝΑ
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 93, 154 51
ΤΗΛ. 2310-233251 - FAX: 2310-265731 Η ΨΥΧΙΚΟ ΤΗΛ. 210-6780000
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 085029193
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 057186904000 - ΑΜΠ 915
e-mail: info@papapostolou.gr