

**ΠΡΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ**  
Νίκης 2,  
Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά

**Υπόψη** : Τμήματος Προμηθειών  
**e-mail** : [prom11@kat-hosp.gr](mailto:prom11@kat-hosp.gr)

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019  
Αρ. Πρωτ.: 0835/1104019

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ**  
**στη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια**  
**«Τεσσάρων Αναπνευστήρων για το ΤΕΠ»**

Κύριοι,

Με το παρόν και αναφορικά με την παραπάνω διαβούλευση, η εταιρεία «DRAEGER HELLAS AE», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 150, στα πλαίσια της αναβάθμισης των δυνατοτήτων των ζητούμενων αναπνευστήρων, προτείνουμε την προσθήκη της παρακάτω προδιαγραφής στην ενότητα: **«Α.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ:»**.

Συγκεκριμένα, **προτείνουμε την προσθήκη** της παρακάτω προδιαγραφής:

**Α.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ:**

**23) Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής. Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του FiO2 και της ροής (έως 50 L/min τουλάχιστον). Κάθε αναπνευστήρας να συνοδεύεται με συμβατό ενεργό υγραντήρα.**

Σε συνέχεια της παραπάνω πρότασης προσθήκης τεχνικής προδιαγραφής, προτείνουμε την αντίστοιχη εναρμόνιση της σύνθεσης του κάθε αναπνευστήρα.

Συγκεκριμένα:

19) Κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με:  
α. Δύο (2) πλήρη σετ, πολλαπλών χρήσεων, των τμημάτων που διέρχονται τα εκπνεόμενα αέρια (όπως βαλβίδες εκπνοής, αισθητήρες ροής, τυχόν απαραίτητα φίλτρα κλπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστήρα.  
β. Δύο (2) σετ δοχείων νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων.  
γ. Ένα (1) δοκιμαστικό ασκό ενηλίκων.  
δ. Δύο (2) πλήρη κυκλώματα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων.  
ε. Τουλάχιστον μια (1) μάσκα, στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων.  
στ. μια (1) κυβέτα πολλαπλών χρήσεων για την καπνογραφία.  
**ζ. Είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ειδικές ρινικές κάνουλες για οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής, μαζί με κατάλληλο πλήρες θερμαινόμενο κύκλωμα, μίας χρήσης. καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του και τη σύνδεση του με τα δίκτυα αερίων του νοσοκομείου.**

**Draeger Hellas A.E**

Ελευθ. Βενιζέλου 150,  
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία  
Ελλάδα  
Τηλ : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)


**Draeger Hellas S.A**

150, El. Venizelou str  
142 31 , Nea Ionia  
Greece  
Tel : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,  
Για την **Draeger Hellas A.E.**



**Δημήτρης Μπιλάλης**  
Product Manager  
Ιατρικός Τομέας  
(κιν. 6985 561 188)

**DRAEGER HELLAS A.E.**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ  
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 009151101000  
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214



**Γιώργος Ανέστης**  
Διευθυντής Ιατρικού Τομέα

#### Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,  
TK 142 31 , Νέα Ιωνία  
Ελλάδα  
Τηλ : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

#### Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str  
142 31 , Nea Ionia  
Greece  
Tel : +30 210 2821809  
Fax : +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)