



Edwards

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»

ΥΠ'ΟΨΗ: Γραφείου Προμηθειών

Ημερομηνία: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-CPV: 33141200-2

Κύριοι,

Στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-CPV: 33141200-2, ευχαρίστως σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας στον Α/Α 10, 1400061, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ τύπου FOGARTY ως κάτωθι:

Οι καθετήρες Fogarty ή τύπου Fogarty προορίζονται για αφαίρεση θρόμβων με άκρως επεμβατική μέθοδο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να διασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Ως εκ τούτου προτείνουμε ο καθετήρας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι εύκαμπτος, κατασκευασμένος από polyvinyl chloride (pvc) ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη κατευθυντικότητα. Το σώμα του καθετήρα να είναι διαβαθμισμένο ανά 10 cm. Το μπαλόνι να είναι υψηλής ευενδοτότητας, συμμετρικό, χαμηλού profil, μεγάλης αντοχής, από latex και να υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του αυλού του μπαλονιού από ενσωματωμένο storcock ώστε να διατηρείται το επιθυμητό επίπεδο πίεσης χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Στο απομακρυσμένο και εγγύς άκρο του μπαλονιού υπάρχουν δείκτες αναφοράς (radiopaque markers) από ανοξειδωτο ασάλι ώστε η θέση του καθετήρα να προσδιορίζεται επακριβώς μέσω ακτινοσκόπησης. Η χωρητικότητα του μπαλονιού όπως και το μέγεθος του καθετήρα να αναγράφονται και πάνω στο εγγύς άκρο του.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Edwards Lifesciences Hellas

EDWARDS LIFESCIENCES HELLAS ΜΕΠΕ

Εισαγωγή και Εμπορία Ιατρικών Ειδών

Λ. Κηφισίας 10, Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι

Τηλ.: 210 2807111 - Fax: 210 2801042

Edwards ΑΦΜ: 999869222 - ΔΟΥ: Αμαρουσίου

Θεόδωρος Κατσώλης

Country Manager

Edwards Lifesciences Hellas ΜΕΠΕ, ΑΦΜ: 999869222

Εισαγωγή & Εμπορία Ιατρικών Ειδών

Λ. Κηφισίας 10, 15125 Μαρούσι

Τηλ.: 210 2807111 • Fax: 210 2801042 • www.edwards.com