

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2019

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»

Νίκης 2, 145 61, Κηφισιά

Θ Ε Μ Α: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Καθετήρων

Κύριοι,

Σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καθετήρες θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Στο Α/Α 1 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ οι υπάρχουσες προδιαγραφές ευννούν μία μόνο εταιρεία για αυτό προτείνουμε να γίνει τροποποίηση των προδιαγραφών έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνισμός και να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του είδους. Αντιμικροβιακός καθετήρας υποκλειδίου – σφαγίτιδος – μηριαίας διπλού αυλού αιμοκάθαρσης σε πλήρες σετ seldinger. Το σετ να περιέχει: Αντιμικροβιακό καθετήρα διπλού αυλού πολυοθρεύθρας εμποτισμένο με αντισηπτικό και αντιμικροβιακό παράγοντα, ακτινοσκιέρ με μαλακό ατραυματικό άκρο το οποίο παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα για μην τραυματίζει το αγγείο, βαθμονομημένο, 2 κλιπς κόκκινο μπλε για το κλείσιμο των αυλών με οπες για φλεβική και αρτηριακή στο άκρο και στα πλαϊνά του καθετήρα. Βελόνα παρακέντηση 17 ή 18G με μήκους 6 εως 7 cm και οδηγό σύρμα με ένα άκρο J και ένα ευθύ άκρο με σύστημα προώθησης του σύρματος. Αγγειακό διαστολέα με ατραυματικό άκρο, νυστέρι, πώματα. Να είναι αποστειρωμένο σετ έτοιμο για τοποθέτηση μίας χρήσης. Το σετ να περιλαμβάνει 1 πλαστικό καθετήρα 18 Ga πάνω από βελόνα 20 Ga για ασθενείς με δυσκολία εύρεσης της φλέβας. Οι καθετήρες να είναι διαθέσιμοι σε μήκη, 16 και 20 cm, μέγεθος 12 Fr με ευθεία άκρα.

Στο Α/Α 2 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές για να βελτιωθούν οι υπάρχουσες προδιαγραφές. Να περιλαμβάνεται στο σετ σύριγγα ασφαλείας η οποία να φέρει οπή στο έμβολο της διαμέσου της οποίας περνάει ο συρμάτινος οδηγός χωρίς να αποσυνδέεται η σύριγγα από τη βελόνα ώστε να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης, προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος, και αποφεύγεται η έκθεση του προσωπικού σε κίνδυνο. Να είναι διαθέσιμες περισσότερες από 30 μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν την αντιμικροβική προστασία του καθετήρα για πρόληψη λοιμώξεων. Να προσκομισθούν οι περιλήψεις των μελετών οι οποίες αποδεικνύουν την αντιμικροβιακή προστασία του καθετήρα.

Στο Α/Α 3 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΖΠΛΟΥ ΑΥΔΟΥ
προτείνουμε να γίνει τροποποίηση των προδιαγραφών ώστε να βελτιωθούν τα
χαρακτηριστικά του είδους και η ασφάλεια για τον ασθενή. Οι καθετήρες να
προσφέρθουν σε μήκη 16 και 20cm με εξωετρική διάμετρο 7 ή 7.5Fr με ένα αυλό 14
ή 16 G και 2 αυλούς 18G. Το σετ να είναι μίας χρήσης αποστειρωμένο, Latex-free,
DEHP-free. Το σετ να περιλαμβάνει 1 πλαστικό καθετήρα 18 Ga πάνω από βελόνα 20 Ga
για ασθενείς με δυσκολία εύρεσης της φλέβας.

**Στο Α/Α 11 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΜΠΛΟΚ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** προτείνουμε να γίνει τροποποίηση της προδιαγραφής για το υλικό του
καθετήρα για να είναι εύκαμπτο και λιγότερο ατραυματικό κατά την τοποθέτηση. Ο
καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένο
σπέιραμα που να καταλήγει σε ατραυματικό άκρο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις

Με τιμή,

Για την Teleflex Medical Ελλάς Α.Ε.Ε.


TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 153 & ΒΛΣ. ΣΟΦΙΑΣ 4-151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094429990, ΔΙΕΚ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6777717, ΦAX: 210 6777911

Γιάννης Αναστασίου

Διευθύνων Σύμβουλος / Νόμιμος Εκπρόσωπος