



Αθήνα, 08/07/2019

Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Υπόψη: Γραφείο Προμηθειών, Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια
ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Κατ'αρχάς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε τις
παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ.
Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

Είδος 6 : « ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (NELATON) ΑΝΔΡΙΚΟΙ »

Nelaton Catheter X-Ray Καθετήρας Nelaton ακτινοσκοπικός, μιας χρήσης,
αποστειρωμένος. Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) ή
σιλίκονη. Το άκρο του να είναι κλειστό λείο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες οπές του να
είναι λείες για να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Το μήκος του καθετήρα να
είναι 40cm και δεν τσακίζει. Η υποδοχή του είναι να έγχρηστη ανάλογα με το μέγεθος
του καθετήρα ακολούθως τα δέβνη πρότυπα. Να είναι αποστειρωμένος.

8

Είδος 7 : « ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (NELATON) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ »

«Nelaton Catheter X-Ray Καθετήρας Nelaton ακτινοσκοπικός, μιας χρήσης,
αποστειρωμένος. Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) ή
σιλίκονη. Το άκρο του να είναι κλειστό λείο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες οπές του να
είναι λείες για να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Το μήκος του καθετήρα να
είναι 40cm και δεν τσακίζει. Η υποδοχή του είναι να έγχρηστη ανάλογα με το μέγεθος
του καθετήρα ακολούθως τα δέβνη πρότυπα. Να είναι αποστειρωμένος.
Στα ανωτέρω είδη ζητούνται «καθετήρες ισότονου διαλύματος» για διαλύματα

καθετηριασμού από PVC ή σιλίκονη.

Όπως σας διευκρινίζουμε ότι οι διαλύματα που καθετήρες που κυκλοφορούν στην αγορά
έχουν στην συσκευασία τους τις διατάξεις που αναγράφονται στην συσκευασία τους
προκειμένου να μην λυγίσουν ή να μην λυγίσουν τον καθετήρα.

Συνεπώς προκειμένου να μπορούμε όλοι οι εταιρείες του χώρου να προσφέρουν
παρακάτω όπως προπονήσετε τον τίτλο των ειδών 6 και 7 ως εξής :

Είδος 6 : « ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
(NELATON) ΑΝΔΡΙΚΟΙ »

Είδος 7 : « ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
(NELATON) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ »

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δαθείτε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειάζεστε.

(Μετέθνη S, M, IM, L, XL)»

«Εξωτερικοί ανδρικοί καθετήρες (πρεοκαλυπτός) από 100% διαφανή σιλίκον, αυτοκόλλητοι με υδροκολλοειδές κολλητικό υλικό για καλύτερη διαχείριση υγρασίας, ενός τεμαχίου με ενσωματωμένη έξοδο για ασφαλή σύνδεση με ουροσυλλέκτη.

Συσκευασμένα σε 100 τεμάχια ανά είδος :

Τέλος θα θέλαμε να προσέσουμε την προσθήκη εξωτερικών περιετικών καθετήρων οι οποίοι είναι ιδανικοί για την διαχείριση ανδρικής ακράτειας.

«Nelaton Catheter X-Ray Καθετήρας Nelaton ακτινοακέρως, μιας χρήσης, αποστειρωμένος. Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) ή σιλίκον. Το άκρο του να είναι κλειστό λείο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες οπές του να είναι λείες για να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Το μήκος του καθετήρα να είναι 15cm και δεν τσακίζει. Να είναι αποστειρωμένος.»

(NELATON) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ»

Είδος 7 : «ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

«Nelaton Catheter X-Ray Καθετήρας Nelaton ακτινοακέρως, μιας χρήσης, αποστειρωμένος. Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC (medical grade) ή σιλίκον. Το άκρο του να είναι κλειστό λείο και μη τραυματικό. Οι πλάγιες οπές του να είναι λείες για να μη τραυματίζουν κατά τον καθετηριασμό. Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm και δεν τσακίζει. Να είναι αποστειρωμένος.»

(NELATON) ΑΝΔΡΙΚΟΙ»

Είδος 6 : «ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΙΣΟΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Συμπώς αιτούμε την διαγγραφή της φράσης « Η υποδοχή του να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα ακαθολογώντας τα διεθνή πρότυπα», από τα είδη 6 και 7 και την τροποποίηση των προδιαγραφών ως εξής :

Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε στην φράση « Η υποδοχή του να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα ακαθολογώντας τα διεθνή πρότυπα», η οποία απαιτεί διεπιστοιχείο καθώς το νοσητήριο του καθετήρα αναγράφεται πάνω στην ατομική συσκευασία και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος υπάχρξε ή εν λόγω φράση οποία απαιτεί τροποποίηση για εξαιρέσεις οι οποίες διατίθενται καθετήρες σε όλο το μήκος τους όπως είναι οι καθετήρες σιλίκονης.

Συμπώς επιδιόρθωσαμε ότι εκ παραδρομής αναγράφτηκε το μήκος αυτό των 40εκ παρακαλούμε όπως διορθωθεί σε 15εκ.

Επίσης στο είδος 7 που αναφέρεται σε γυναικείους διαλείποντες καθετήρες θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι το μήκος 40εκ δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν καθετήρα γυναικείο στην αγορά καθώς το μήκος αυτό αφορά τους ανδρικούς καθετήρες. Οι γυναικείοι καθετήρες είναι περίπου 15εκ .