

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"
ΝΙΚΗΣ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΤ. ΠΡΟΜ.
ΣΥΝΑΡΤΗ

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ RONTIS HELLAS ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙ (6) ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ LED ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφαλείας.
2. Να αναρτάται από την οροφή και να την δυνατότητα να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις.
3. Το σύστημα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυμητή θέση με τη χρήση φρένων τόσο στον οριζόντιο βραχίονα όσο και στον ελατιριωτό για μεγαλύτερη ασφάλεια.
4. Ο κύριος και ο δορυφόρος προβολέας να είναι όμοιου τύπου και να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά :
 - Ένταση φωτισμού τουλάχιστον 160.000 lux
 - Χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη από 3.600K έως και 5.000K με τέσσερα (4) τουλάχιστον ενδιάμεσα βήματα.
 - Διάμετρος πεδίου φωτισμού 16-29cm τουλάχιστον
 - Δείκτης χρώματος Ra άνω του 96
 - Δείκτης χρώματος R9 άνω του 96
 - Το βάθος φωτισμού (L1+L2) να είναι τουλάχιστον 120cm
 - Διάρκεια ζωής των LED να είναι 40.000 ώρες τουλάχιστον.
5. Τα ποσοστά εναπομένοντος φωτισμού (σκυαλιτικότητα) να είναι τα παρακάτω
 - Με μια μάσκα $\geq 43\%$ τουλάχιστον
 - Με δύο μάσκες $\geq 46\%$ τουλάχιστον
 - Με σωλήνα $\geq 100\%$
 - Με σωλήνα και μια μάσκα $\geq 43\%$ τουλάχιστον
 - Με σωλήνα και δύο μάσκες $\geq 46\%$ τουλάχιστον



Rontis Hellas A.E.B.E.

Έδρα: Σωρού 38, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

T: 210 6109090 / F: 210 6108748 / E: infohellas@rontis.com / U: www.rontis.com

6. Το σώμα των προβολέων να είναι μικρού όγκου και βάρους. Να είναι απολύτως στεγανό (IP 42 τουλάχιστον) , να έχει λείες επιφάνειες για λόγους υγιεινής και τέτοιο σχήμα η κορυφή του ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή του αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού LAMINAR FLO.
7. Να διαθέτει τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας ειδική επίστρωση ώστε να ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση βακτηρίων και να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους.
8. Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης των προβολέων να επιτυγχάνεται μέσω αποστείρωσής αποσπώμενης χειρολαβής η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα καθώς και από περιμετρικές χειρολαβές.
9. Η ρύθμιση της έντασης φωτισμού , της διαμέτρου φωτεινού πεδίου καθώς και της χρωματικής θερμοκρασίας να επιτυγχάνονται ηλεκτρονικά μέσω έγχρωμης οθόνης αφής σε κάθε προβολέα.
10. Να έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανά κεφαλή προβολέας , η χαμηλότερη κατανάλωση θα εκτιμηθεί θετικά .
11. Ο κύριος προβολέας να μπορεί να δεχτεί κάμερα πεδίου HD στο κέντρο του φωτιστικού σώματος στην θέση της αποστειρωμένης χειρολαβής. Να περιλαμβάνεται η προεγκατάστασή της.
12. Να διαθέτει ενέργεια ακτινοβολίας τουλάχιστον $3.7\text{mW/m}^2\text{lx}$
13. Συνολική ισχύς ακτινοβολίας τουλάχιστον 600W/m^2 χαμηλότερες τιμές θα εκτιμηθούν θετικά.
14. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης της φωτεινότητας από 10% έως 100%.
15. Να διαθέτει ειδικό φωτισμό για Ενδοσκοπήσεις.
16. Να διαθέτει ειδικό φωτισμό επι τις οροφής με επιλογή διαφόρων χρωμάτων κατά τη διάρκεια ενδοσκοπήσεων ή Λαπαροσκοπικών περιστατικών.

Γενικοί Όροι

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC , εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485 , καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO 9001 , ISO 14001 και ISO 13485.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον.



Rontis Hellas A.E.B.E.

Έδρα: Σωρού 38, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

T: 210 6109090 / F: 210 6108748 / E: infohellas@rontis.com / U: www.rontis.com

5. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του.

Μετά τιμής,

Αθανάσιος Τσέγκκος
BU Manager of Laparoscopy/Endoscopy dpt.

RONDIS HELLAS A.E.B.E.
ΕΛΤΕΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
ΣΟΦΟΥ 38 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 6109040 - FAX 210 6108748
ΑΦΜ: 065335100 - Α.Ο.Υ. 486 ΑΡΧΗΓΩΝ
ΑΡ. Φ.Α.Ε.: 44020321Α70/90/955



Rontis Hellas A.E.B.E.

Έδρα: Σωρού 38, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

T: 210 6109090 / F: 210 6108748 / E: infohellas@rontis.com / U: www.rontis.com

Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ

Από: Τμήμα Προμηθειών Νοσ. ΚΑΤ - Σωζοπούλου Θωμάς [prom11@kat-hosp.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 12:15 μμ
Προς: Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ
Θέμα: FW: RONTIS HELLAS, KAT - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΕΛΕΩΝ
Συνημμένα: 30-10-2020_Διαβούλευση ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΤ.pdf

Σπουδαιότητα: Υψηλή

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Σωζοπούλου Θωμάς
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Νοσοκομείο Κ.Α.Τ
Τμήμα Προμηθειών
Νίκης 2
Κηφισιά, 145-61, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. Γραφείου: 213 2086714.
Fax Γραφείου : 213 2086757
E-Mail: prom11@kat-hosp.gr

From: Konstantinos Kafasaris [<mailto:konstantinos.kafasaris@rontis.com>]
Sent: Friday, October 30, 2020 11:27 AM
To: prom11@kat-hosp.gr
Subject: RONTIS HELLAS, KAT - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΕΛΕΩΝ

Με εκτίμηση / Best regards,

Konstantinos Kafasaris
Public Tenders Dpt. | Rontis Hellas

Rontis

Driven by innovation

28 Sorou Str., P.O. Box 15125, Athens, Marousi, Greece

Tel: + 30 210 6109090 | Fax: + 30 210 6108748 | Direct: +30 210 3447655

konstantinos.kafasaris@rontis.com

www.rontis.gr



PRIVATE, PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

Note: This document and any attachments are intended solely for use by the addressee(s) stipulated herewith, are confidential and subject to legal professional privilege. Please notify us immediately if you have received this document in error. Any confidentiality or privilege is NOT waived OR lost because this e-mail has been sent to you by mistake. Disregard, delete and notify sender accordingly. Information contained herewith is provided 'AS IS' without warranty of any kind, either expressed OR implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and freedom from infringement. The user assumes the entire risk as to the accuracy and use of the information provided herewith. Please consider the environment before printing this e-mail