

# ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

HEALTHCARE TECHNOLOGIES

est. 1914

Προς το:

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Νίκης 2,

145 61 Κηφισιά

Γραφείο Προμηθειών

21/11  
7  
1<sup>η</sup> Υ.Π. ΕΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΘΕΣΗ  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12355/16-10-2020  
ΣΥΝΕΛ.

21/11  
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

**Θέμα:** Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι (6) προβολέων για το χειρουργείο του 2<sup>ου</sup> ορόφου

**Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 12355 / 16-10-2020**

Κύριοι,

Στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι (6) προβολέων για το χειρουργείο του 2<sup>ου</sup> ορόφου, ευχαρίστως σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας ως κάτωθι:

Με δεδομένο ότι η σκιαλυτικότητα είναι το σημαντικότερο τεχνικό χαρακτηριστικό ενός προβολέα, προτείνουμε την αναβάθμιση των ποσοστών της εναπομένουσας φωτεινότητας βάσει το προτύπου EN 60601 – 2 – 41 που αναφέρονται στην παράγραφο 11 των σχετικών προδιαγραφών ως κάτωθι :

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	80%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	50%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑ	98%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	80%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	48%

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΞΙΤΗΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  
ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΠΛ. ΣΙΝΤΡΙΑΝΙΟΥ 4, 546 21 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 63, 154 51  
Τ.ΗΛ. 2310232251 - FAX 2310-266731 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.ΗΛ. 210-6700000  
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Φ.Μ. 095029193  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 057186904000 - ΑΜΠ 915  
e-mail: info@papapostolou.gr

Αθανάσιος Καρδούλας  
Διευθυντής Πωλήσεων

## Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ

---

**Από:** Τμήμα Προμηθειών Νοσ. ΚΑΤ - Σωζοπούλου Θωμαΐς [prom11@kat-hosp.gr]  
**Αποστολή:** Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 10:32 πμ  
**Προς:** Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ  
**Θέμα:** FW: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για έξι προβολείς για το χειρουργείο του 2ου ορόφου  
**Συνημμένα:** ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Διαβούλευση τεχν προδιαγραφών.pdf  
**Σπουδαιότητα:** Υψηλή

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

---

**From:** Stella Barbagianni [mailto:sbarbagianni@papapostolou.gr]  
**Sent:** Monday, November 2, 2020 10:16 AM  
**To:** Τμήμα Προμηθειών Νοσ. ΚΑΤ - Σωζοπούλου Θωμαΐς  
**Subject:** ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για έξι προβολείς για το χειρουργείο του 2ου ορόφου

Κυρία Σωζοπούλου καλημέρα σας,

Σε συνέχεια της έγγραφης πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας με αρ. πρωτ. 12355/16-10-2020 σχετικά με την εν θέματι δημόσια διαβούλευση, σας αποστέλλω συνημμένα τα σχόλια της εταιρείας μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

**Στυλιανή Μπαρμπαγιάννη**

Γραμματεία Τμήματος Πωλήσεων

**PAPAPOSTOΛΟΥ**

HEALTHCARE TECHNOLOGIES

εστ 193,ε

**M.** +30 6978118389

**T.** +30 2106790255

**E.** [sbarbagianni@papapostolou.gr](mailto:sbarbagianni@papapostolou.gr)

**A.** Εθν. Αντιστάσεως 93, 154 51, Νέο Ψυχικό, Αθήνα

[www.papapostolou.gr](http://www.papapostolou.gr)



Please consider the environment before printing this email