

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
✓ ΥΠ'ΟΨΙΝ:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3/11

Γ.Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΨΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12355/16-10-2020
ΣΥΝΗΜ.

Αθήνα, 03/11/20

Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας με Θέμα : «**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ**» με Αρ.Πρωτ:12355/16-10-2020 .

Στο νοσοκομείο σας όπου διενεργούνται ετησίως χιλιάδες επεμβάσεις με την πλειονότητα αυτών ορθοπεδικές οι οποίες είναι δύσκολες και απαιτητικές ένας χειρουργικός προβολέας νέας τεχνολογίας και καλής ποιότητας θα μπορεί να διευκολύνει και να αναβαθμίσει την διεξαγωγή των επεμβάσεων στο χώρο του χειρουργείου .

Με την χρόνια εμπειρία μας στο αντικείμενο της εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης των χειρουργικών προβολέων προτείνουμε και σας παραθέτουμε κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών από την στιγμή που η δαπάνη το επιτρέπει ώστε το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί έναν ποιοτικό εξοπλισμό διασφαλίζοντας μεγαλύτερο κλινικό όφελος.

Προδιαγραφή Νο 9

Και οι δύο προβολείς να διαθέτουν ρυθμιζόμενη διάμετρο φωτεινού πεδίου από τα 20 έως τα 25cm τουλάχιστον .Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά από το ψηφιακό χειριστήριο του βραχίονα της κάθε κεφαλής αλλά και μέσω της αποστειρώσιμης χειρολαβής.

Προτείνουμε την διαμόρφωση της εξής:

Και οι δύο προβολείς να διαθέτουν ρυθμιζόμενη διάμετρο φωτεινού πεδίου από τα 18 έως τα 30cm τουλάχιστον .Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά από το ψηφιακό χειριστήριο του βραχίονα της κάθε κεφαλής αλλά και μέσω της αποστειρώσιμης χειρολαβής.

Το μεγαλύτερο εύρος διευκολύνει την εργασία της χειρουργικής ομάδας κ'δη στα ορθοπεδικά περιστατικά.

Προδιαγραφή Νο 11

Η σκιαλυτοκότητα τόσο του κύριου όσο και του δορυφόρου ,ακόμα και αν παρεμβάλλεται εμπόδιο στην πορεία της φωτεινής δέσμης,

και η εναπομένουσα φωτεινότητα της μέγιστης ,σύμφωνα με το πρότυπο EN 60601-2-41.2000,να είναι τουλάχιστον:

	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	70%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	50%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ	98%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	60%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	48%

Προτείνουμε την διαμόρφωση της εξής:

Η σκιαλυτικότητα ενός χειρουργικού προβολέα είναι το πλέον κρίσιμο χαρακτηριστικό για αυτό προτείνουμε την διαμόρφωση τις προδιαγραφής ως εξής:

	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	80%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	65%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ	100%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ	80%
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΑΣΚΕΣ	64%

Στα περισσότερα ορθοπεδικά περιστατικά η χειρουργική ομάδα είναι πολυπληθής με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να παρεμβάλλονται εμπόδια στην πορεία της φωτεινής δέσμης. Συνεπώς όσο πιο υψηλά είναι τα ποσοστά σκιαλυτικότητας τόσο πιο εύκολη και ασφαλής γίνεται η εργασία της χειρουργικής ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις είμαστε στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα : (210) 7254420-2, fax (210) 7254423 και e-mail chryssadacos@biosense.gr

Για την
«BIOSENSE»
ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 - ΑΘΗΝΑ 115 28
Α.Φ.Μ.: 800366705 Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7254420-2 fax 210 7254423
Διευθυντής Πωλήσεων

Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ

Από: Τμήμα Προμηθειών Νοσ. ΚΑΤ - Σωζοπούλου Θωμαΐς [prom11@kat-hosp.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 12:38 μμ
Προς: Πρωτόκολλο Νοσοκομείου ΚΑΤ
Θέμα: FW: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.pdf
Συνημμένα:
Σπουδαιότητα: Υψηλή

Να πρωτοκολληθεί το συνημμένο έγγραφο..

Σωζοπούλου Θωμαΐς
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Νοσοκομείο Κ.Α.Τ
Τμήμα Προμηθειών
Νίκης 2
Κηφισιά, 145-61, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ .Γραφείου: 213 2086714.
Fax Γραφείου : 213 2086757
E-Mail: prom11@kat-hosp.gr

From: chryssadacos@biosense.gr [<mailto:chryssadacos@biosense.gr>]
Sent: Tuesday, November 3, 2020 12:11 PM
To: prom11@kat-hosp.gr
Subject: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Καλησπέρα σας,

Σας αποστέλλω συνημμένως σχετικό έγγραφο όσο αναφορά την Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια έξι(6) προβολέων για το χειρουργείο του 2^{ου} Ορόφου με Αρ.Πρωτ:12355/16-10-20.

Παραμένω στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,



Ειρήνη Γκίκα
ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 14 · 115 28 · Αθήνα · Ελλάδα
T: +30 210 7254 420-2 | F: +30 210 7254 423
E: chryssadacos@biosense.gr | W: www.biosense.gr