



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Ελένη Ρίζου
Τηλ. 213 2086758,
prom6@kat-hosp.gr

Κηφισιά, 04-01-2022
Αριθ. Πρωτ.: 162/05-01-2022

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύριγγες» με αριθμ. διακ. 85/2021 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 145601, με πίστωση 67.711,86 €

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Συνοπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Σύριγγες» με αριθμ. διακ. 85/2021 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 145601, με πίστωση 67.711,86€ διευκρινίζεται ότι:

Οι σύριγγες 5ml, 10ml και 20ml θα πρέπει να είναι 21G με βελόνα 1^{1/2}".

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ